

病院事業公告第26号

次のとおり一般競争入札を実施するので、上天草市病院事業契約規程（平成24年病院事業管理規程第2号）において準用する上天草市契約規程（平成16年上天草市規則第36号）第8条の規定により公告する。

令和5年9月7日

上天草市病院事業管理者 岸 川 秀 樹

1 競争入札に付する事項

(1) 購入物品及び数量

一般X線撮影装置 1台

(2) 購入物品の規格、品質等

別紙仕様書による。

(3) 納入期限

令和5年12月28日

(4) 納入場所

上天草市立上天草総合病院

(5) 入札金額

落札者の決定に当たっては、入札書に記載した金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 最低制限価格の設定

本競争入札には、最低制限価格は設けないものとする。

2 入札に参加する者に必要な資格

この入札に参加する資格を有する者は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 上天草市病院事業競争入札参加資格及び審査等に関する規程（平成

23年上天病告示第1号。以下「規程」という。)に基づく競争入札参加資格を有し、登録業種が医療機器等である者

- (2) 納入する物品及び数量を確実に納入できる者
- (3) 納入する物品に係る保守、点検、修理等を契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者

3 入札執行等に関する事項

- (1) 契約条項を示す場所

〒866-0293 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 総務課

電話番号 0969-62-1122

FAX番号 0969-62-1546

- (2) 仕様書等の配布

仕様書等の入札関連書類については、上天草市立上天草総合病院ホームページ (<http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/index.html>) からダウンロードを行うこと。ただし、これにより難しい場合は、次の場所及び日時において配布する。

ア 配布場所

上天草市立上天草総合病院 総務課

イ 配布日時

令和5年9月7日から令和5年9月20日午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

- (3) 入札説明会

入札説明会は、実施しないものとする。

- (4) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和5年9月21日(木) 午後2時

イ 場所 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 2階 会議室

- (5) 再度入札

開札後、落札者がいない場合は、再入札を行う。

(6) 入札に関する質問と回答

- ア 入札について質問がある場合は、「質問書」を令和5年9月15（金）までに3の（1）までFAXで提出すること。
- イ 回答は、随時質問者へ行うものとする。
- ウ 本入札に直接関係のない質問及び日時を過ぎて提出された質問書については、回答はしないものとする。

4 入札方法等

(1) 入札方法

別に定める別紙様式1の「入札書」により作成し、3の（4）の日時及び場所に持参し、提出すること。ただし、代理人をして入札するとき、別に定める別紙様式2の「委任状」を添付すること。

(2) 開札の方法

開札は、入札に参加した者又はその代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行うものとする。

(3) 入札回数は2回までとする。開札後、落札者がいない場合は、再入札を行うものとする。

(4) 落札者の決定方法

有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。この場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじを実施し、落札者を決定する。

(5) 無効の入札

- ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
- イ 委任状を提出しない代理人のした入札
- ウ 記名押印を欠く入札
- エ 金額を訂正した入札
- オ 誤字脱字等により意思表示が明確でない入札

カ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札

キ 2以上の意志表示をした入札

ク 明らかに連合によると認められる入札

ケ その他入札に関する条件に違反した入札

(6) 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者を入札に参加させず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。

(7) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

5 契約の締結

(1) 契約書作成の要否
要

(2) 契約の締結期限
落札者決定の日から14日以内とする。

(3) 落札者からの契約締結の申出期限
落札者決定の日から7日以内とする。

6 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金
免除する。

(2) 契約保証金
免除する。

7 その他

(1) 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2) 本一般競争入札の公告は、入札説明書を兼ねるものとする。

一般X線撮影装置

仕様書

上天草市立上天草総合病院

調達物品：一般X線撮影装置
 RADREX (MRAD-A32S/Q1)
 メーカー：キヤノンメディカルシステムズ

		ユニット名
1. X線高電圧装置は以下の仕様を満たします。		KXO-32SS
1-1	発生方式はインバータ方式を採用しています。	
1-3	最大電力は32kWです。	
1-4	撮影術式設定は最大4術式です。	
1-5	管電圧設定範囲は40kV～150kVの範囲を1kVステップで設定可能です。	
1-6	管電流設定範囲は10～500mAの範囲で、10段階の設定が可能です。	
1-7	撮影時間の設定範囲は、1ms～3.2sの範囲で60ステップの設定が可能です。但し0.5mAs未満又は512mAsを超える設定は除きます。	
1-8	撮影条件のメモリスイッチを有しており、16種類の撮影プログラムがワンタッチで設定できます。	
1-9	プログラムは999種選択可能であり、体格選択スイッチと合わせて3996種のプログラムが設定・選択できます。	
1-10	体格選択スイッチが4つあり、患者の体格に応じた撮影条件にボタン一つで変更されます。	
1-11	特定のプログラム撮影後、自動で次のプログラム撮影に移る機能を有し、移動範囲は最大8プログラムです。	
1-12	撮影管電圧、撮影管電流、撮影時間またはmAsの値はダイヤルで設定が可能です。	
1-13	プログラム選択スイッチは、シートキースイッチ方式でありそれぞれのスイッチ面が全面発光するタイプです。	
1-14	コンソールパネルの大きさは280×280mmです。	
1-15	操作室でレディ、曝射が行えるハンドスイッチを有します。	
1-17	FPDシステムで選択・指定されたX線条件で撮影が行え、条件設定の手間を省くことができる機能を有します。	
1-18	X線撮影後、FPDシステムの端末へ、実曝射情報を自動で送信する機能を有します。	
1-19	NDD法によって患者表面線量の推定値が表示可能です。	
2. X線管保持装置は以下の仕様を満たします。		DSFX-A20/N4
2-1	X線管の上下動は、焦点床上高さが床面から380～1740mmの範囲で可能です。	
2-2	支柱長手動は1400mmの範囲で可能です。	
2-3	X線管前後動は200mmのストロークを有します。	
2-4	ローテーション(サポートアーム軸回転)は、±180° の範囲を有します。	
2-5	ローテーションは90° 毎のクリックストップを有します。	

2-7	各軸の固定はオフロック式の電磁ロックを採用しています。	
2-8	X線管首振り回転は、約120° の回転範囲を有します。	
2-9	操作部分は360度全周を囲むリングハンドルを採用しており、垂直回転角度計を有します。	
4. X線管装置は以下の仕様を満たします。		DRX-1824B
4-1	焦点サイズは、小焦点は0.6mm、大焦点は1.2mmです。	
4-2	最大陽極熱容量は、140kHUです。	
4-3	ターゲット角度は12度です。	
4-4	公称最高管電圧は、150kVです。	
5. X線可動絞りは以下の仕様を満たします。		BLR-500A
5-1	最高使用管電圧は150kVです。	
5-2	羽根の駆動方式は手動を採用し、開度を設定できます。	
5-3	最大照射野は、SID65cmで35×35cmです。	
5-4	照射野表示ランプはLEDランプを採用しています。	
5-5	線質フィルタは3種類を備えています。	
6. その他		
6-1	天井レール取付面に補強板を取り付けます。	
5-2	装置稼働の為にブレーカー工事を行います。	
5-3	装置設置時の漏洩線量測定及び、遮蔽計算を行います。	

入 札 書

令和 年 月 日

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様

(入 札 者)
住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ (印)

代 理 人 _____ (印)

上天草市病院事業契約規程並びに入札説明書その他関係規定を承諾の上入札します。

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
金額										

入札物件： (内訳は下記のとおり)

メーカー	型式・その他	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
合 計					

(備考)

- 1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。
- 2 入札金額は、見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
- 3 入札金額を訂正したものは無効とする。

別紙様式2


委 任 状

今般都合により _____ ㊞ を代理人と定め、次の入札に関する行為の一切の権限を委任します。

1 業 務 名 _____

2 履行場所 _____

代理人使用印



令和 年 月 日

住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ ㊞

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様