

病院事業公告第8号

次のとおり一般競争入札を実施するので、上天草市病院事業契約規程（平成24年病院事業管理規程第2号）において準用する上天草市契約規程（平成16年上天草市規則第36号）第8条の規定により公告する。

令和5年5月8日

上天草市病院事業管理者 岸 川 秀 樹

1 競争入札に付する事項

(1) 購入物品及び数量

解析付心電計 1台

(2) 購入物品の規格、品質等

別紙仕様書による。

(3) 納入期限

令和5年6月30日

(4) 納入場所

上天草市立上天草総合病院

(5) 入札金額

落札者の決定に当たっては、入札書に記載した金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 最低制限価格の設定

本競争入札には、最低制限価格は設けないものとする。

2 入札に参加する者に必要な資格

この入札に参加する資格を有する者は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 上天草市病院事業競争入札参加資格及び審査等に関する規程（平成

23年上天病告示第1号。以下「規程」という。)に基づく競争入札参加資格を有し、登録業種が医療機器等である者

- (2) 納入する物品及び数量を確実に納入できる者
- (3) 納入する物品に係る保守、点検、修理等を契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者

3 入札執行等に関する事項

- (1) 契約条項を示す場所

〒866-0293 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 総務課

電話番号 0969-62-1122

FAX番号 0969-62-1546

- (2) 仕様書等の配布

仕様書等の入札関連書類については、上天草市立上天草総合病院ホームページ (<http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/index.html>) からダウンロードを行うこと。ただし、これにより難しい場合は、次の場所及び日時において配布する。

ア 配布場所

上天草市立上天草総合病院 総務課

イ 配布日時

令和5年5月8日から令和5年5月17日午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

- (3) 入札説明会

入札説明会は、実施しないものとする。

- (4) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和5年5月18日(木) 午後2時

イ 場所 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 2階 会議室

- (5) 再度入札

開札後、落札者がいない場合は、再入札を行う。

(6) 入札に関する質問と回答

- ア 入札について質問がある場合は、「質問書」を令和5年5月12（金）までに3の（1）までFAXで提出すること。
- イ 回答は、随時質問者へ行うものとする。
- ウ 本入札に直接関係のない質問及び日時を過ぎて提出された質問書については、回答はしないものとする。

4 入札方法等

(1) 入札方法

別に定める別紙様式1の「入札書」により作成し、3の（4）の日時及び場所に持参し、提出すること。ただし、代理人をして入札するとき、別に定める別紙様式2の「委任状」を添付すること。

(2) 開札の方法

開札は、入札に参加した者又はその代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行うものとする。

(3) 入札回数は2回までとする。開札後、落札者がいない場合は、再入札を行うものとする。

(4) 落札者の決定方法

有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。この場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじを実施し、落札者を決定する。

(5) 無効の入札

- ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
- イ 委任状を提出しない代理人のした入札
- ウ 記名押印を欠く入札
- エ 金額を訂正した入札
- オ 誤字脱字等により意思表示が明確でない入札

カ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札

キ 2以上の意志表示をした入札

ク 明らかに連合によると認められる入札

ケ その他入札に関する条件に違反した入札

(6) 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者を入札に参加させず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。

(7) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

5 契約の締結

(1) 契約書作成の要否
要

(2) 契約の締結期限
落札者決定の日から14日以内とする。

(3) 落札者からの契約締結の申出期限
落札者決定の日から7日以内とする。

6 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金
免除する。

(2) 契約保証金
免除する。

7 その他

(1) 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2) 本一般競争入札の公告は、入札説明書を兼ねるものとする。

解析付心電計

仕様書

上天草市立上天草病院

仕 様 書

I. 調達物品の名称

解析付心電計 (FCP-9800)

II. 構成内訳

解析付心電計 1 式

III. 性能・機器等に関する仕様

解析付心電計は以下の要求を満たすこと。

- (1) 安静時標準 12 誘導心電図が記録可能であること。
- (2) 安静時、及び歩行などの負荷をかけた後（負荷後）の標準 12 誘導心電図が記録可能であること。
- (3) 不整脈検査が行えること。
- (4) リズム計測検査が行えること。
- (5) マスターテスト検査が行えること。
- (6) 安静時標準 12 誘導検査の手動記録を記録・保存ができること。
- (7) 国際標準規格 IEC に適合していること。
- (8) 内部バッテリー搭載時は 120 分以上の稼動が可能であること。
- (9) 液晶ディスプレイはカラー表示であり対角 15.6 インチ以上、解像度 1,920×1,080 ドット以上（フル HD）であること。
- (10) 波形表示部分の背景にグリッド表示が可能であること。
- (11) 静電容量方式のタッチパネルであること。
- (12) ディスプレイ面の開閉が可能であること。
- (13) 磁気カードリーダー、バーコードリーダーにより被検者情報の入力が可能であること。
- (14) 被検者情報は下記項目が入力可能であること。
 - * ID、サブ ID1.2、年齢、性別、氏名、所属（病棟/科）、身長、体重、投薬、症状、コメント、血圧、体位、呼吸数（回/分）、医師名、技師名
- (15) 被検者データをマスタとしてメモリカードに登録（ID 番号、氏名、生年月日、性別）し、次回入力時は ID 番号の指定によりその他の被検者項目を自動読み込みできる機能を有すること。
- (16) メモリカードに保存された検査データ（心電図、血圧脈波）をマスタとして、次回 ID 番号入力時に被検者情報を自動読み込みできる機能を有すること。

- (17) 6×2+リズム 1ch 表示が可能であること。
- (18) 手動記録時の記録速度は 5/10/12.5/25/50 (mm/s) より選択可能であること。
- (19) 手動記録で記録した波形を最長 10 分間保存することが可能であること
- (20) 3ch//6 c h/12 c h の波形記録が可能であること。
- (21) 心電図波形の収録時間を 8 秒～24 秒で任意に設定可能であること。
- (22) 最長 10 分前まで遡って 12 誘導心電図波形を確認することができ、任意の箇所を指定してその時点の 12 誘導心電図解析、不整脈解析、リズム計測がを同時に実施することが可能であり、12 誘導検査に限り最大 10 か所を指定して同時に解析することが可能であること。
- (23) オートキャプチャ機能を使用することでノイズの少ない波形区間を自動検出し、検出した区間の記録・解析ができること。
- (24) オートキャプチャ機能を使用することで解析所見のある区間を自動で検出し、記録することができること。
- (25) オートフィルタ機能を使用することで規定のノイズレベルに達した場合、自動でフィルタをかけることができること。
- (26) 最長 10 分前まで遡って 12 誘導心電図波形を確認することができ、その際、不整脈を認識しやすくするため不整脈箇所やノイズ区間、インスト区間の波形の色を変えて表示可能であること。
- (27) 四肢及び V1 と V2、V5 と V6 の電極付け間違い疑われる場合、収録前に警告メッセージを表示する機能を有すること。
- (28) 右胸心の被検者に対して、胸部電極の付け替えのみで検査が行える機能を有すること。
- (29) 心電図波形を臨床的に改良された診断基準に基づいて、ミネソタコード分類、所見名の分類、年齢・性別による分類を行う自動解析機能を有していること。
- (30) 解析の種別は臨床用解析プログラム、スクリーニング用プログラム、及び老人保健法（厚生労働省）、心電図自動診断を考える会の内容に準拠したプログラムを有すること。
- (31) 標準 12 誘導心電図から右胸部誘導（V 3 R～V 5 R）、背部誘導（V 7～V 9）の合成波形を作成し、合成 18 誘導連続波形を提示する機能を有すること。
- (32) ファイルに保存された標準 12 誘導心電図データから右胸部誘導（V 3 R～V 5 R）、背部誘導（V 7～V 9）の合成波形を作成することができること。
- (33) 現在の検査データビューソフト FEV-80R に連携可能であること。
- (34) 12 誘導検査実施時に心電波形に混入しているノイズが数値化されて画面上に表示

する機能を有すること。

- (35) 英語及び中国語で被検者向けの音声ガイドを流すことができること。
- (36) プライバシー保護のため画面表示、レポート上の被検者情報を匿名にすることが可能であること。
- (37) セキュリティ担保のため電源立ち上げ時に入力するログインパスワードとユーザー名を登録できること。
- (38) 心電計を使用しないときに画面を消すことができるスリープモードを搭載していること。
- (39) 撤去廃棄物がある場合は、適正な処理を行い落札業者で行うこと。

入 札 書

令和 年 月 日

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様

(入 札 者)
住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ (印)

代 理 人 _____ (印)

上天草市病院事業契約規程並びに入札説明書その他関係規定を承諾の上入札します。

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
金額										

入札物件： (内訳は下記のとおり)

メーカー	型式・その他	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
合 計					

(備考)

- 1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。
- 2 入札金額は、見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
- 3 入札金額を訂正したものは無効とする。

別紙様式2


委 任 状

今般都合により _____ ㊞ を代理人と定め、次の入札に関する行為の
一切の権限を委任します。

1 業 務 名 _____

2 履行場所 _____

代理人使用印



令和 年 月 日

住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ ㊞

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様