

病院事業公告第8号

次のとおり一般競争入札を実施するので、上天草市病院事業契約規程（平成24年病院事業管理規程第2号）において準用する上天草市契約規程（平成16年上天草市規則第36号）第8条の規定により公告する。

令和6年6月6日

上天草市病院事業管理者 岸 川 秀 樹

1 競争入札に付する事項

(1) 購入物品及び数量

血液ガス分析装置 1台

(2) 購入物品の規格、品質等

別紙仕様書による。

(3) 納入期限

令和6年9月30日

(4) 納入場所

上天草市立上天草総合病院

(5) 入札金額

落札者の決定に当たっては、入札書に記載した金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 最低制限価格の設定

本競争入札には、最低制限価格は設けないものとする。

2 入札に参加する者に必要な資格

この入札に参加する資格を有する者は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

- (1) 上天草市病院事業競争入札参加資格及び審査等に関する規程（平成23年上天病告示第1号。以下「規程」という。）に基づく競争入札参

加資格を有し、登録業種が医療機器等である者

(2) 納入する物品及び数量を確実に納入できる者

(3) 納入する物品に係る保守、点検、修理等を契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者

3 入札執行等に関する事項

(1) 契約条項を示す場所

〒866-0293 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 総務課

電話番号 0969-62-1122

FAX番号 0969-62-1546

(2) 仕様書等の配布

仕様書等の入札関連書類については、上天草市立上天草総合病院ホームページ (<http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/index.html>) からダウンロードを行うこと。ただし、これにより難しい場合は、次の場所及び日時において配布する。

ア 配布場所

上天草市立上天草総合病院 総務課

イ 配布日時

令和6年6月6日から令和6年6月19日午前9時から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(3) 入札説明会

入札説明会は、実施しないものとする。

(4) 入札及び開札の日時及び場所

ア 日時 令和6年6月20日(木) 午後1時30分

イ 場所 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸1419番地19

上天草市立上天草総合病院 2階 会議室

(5) 再度入札

開札後、落札者がいない場合は、再入札を行う。

(6) 入札に関する質問と回答

ア 入札について質問がある場合は、「質問書」を令和6年6月14日(金)

までに3の(1)までFAXで提出すること。

イ 回答は、随時質問者へ行うものとする。

ウ 本入札に直接関係のない質問及び日時を過ぎて提出された質問書については、回答はしないものとする。

4 入札方法等

(1) 入札方法

別に定める別紙様式1の「入札書」により作成し、3の(4)の日時及び場所に持参し、提出すること。ただし、代理人をして入札するとき、別に定める別紙様式2の「委任状」を添付すること。

(2) 開札の方法

開札は、入札に参加した者又はその代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行うものとする。

(3) 入札回数は2回までとする。開札後、落札者がいない場合は、再入札を行うものとする。

(4) 落札者の決定方法

有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。この場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじを実施し、落札者を決定する。

(5) 無効の入札

ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

イ 委任状を提出しない代理人のした入札

ウ 記名押印を欠く入札

エ 金額を訂正した入札

オ 誤字脱字等により意思表示が明確でない入札

カ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札

キ 2以上の意志表示をした入札

ク 明らかに連合によると認められる入札

ケ その他入札に関する条件に違反した入札

(6) 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者を入札に参加させず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。

(7) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

5 契約の締結

(1) 契約書作成の要否
要

(2) 契約の締結期限
落札者決定の日から14日以内とする。

(3) 落札者からの契約締結の申出期限
落札者決定の日から7日以内とする。

6 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金
契約しようとする金額の100分の5以上の額とする。ただし、上天草市病院事業契約規程において準用する上天草市契約規則第11条に該当する場合は免除する。

(2) 契約保証金
契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、上天草市病院事業契約規程において準用する上天草市契約規則第29条第1号若しくは第3号又は第7号に該当する場合は免除する。

7 その他

(1) 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2) 本一般競争入札の公告は、入札説明書を兼ねるものとする。

血液ガス分析装置

仕様書

上天草市立上天草病院

血液ガス分析装置仕様書

※ 血液ガス分析装置は、以下の全ての仕様要件を満たすものであること。

- 1 全血サンプルから最大9項目 (pH・pCO₂・pO₂・Na⁺・K⁺・Ca²⁺・Cl⁻・Lac・Hct) を実測測定でき、また測定から結果表示までが全自動であること。
- 2 各実測項目の測定範囲は、以下に示す範囲以内を満たすこと。
pH (6.00~8.00)、pCO₂ (0~150mmHg)、pO₂ (0~760mmHg)、Na⁺ (0~210mmol/L)、K⁺ (0.0~20.0mmol/L)、Ca²⁺ (0.00~5.00mmol/L)、Cl⁻ (0~250mmol/L)、Lac (-1.0~40 mmol/L)、Hct (0.0~85%)
- 3 検体の種類は、動脈血、静脈血、毛細管血、透析液、その他溶液を測定する機能を有すること。
- 4 測定に必要な検体量は70 μ l 以内であること。
- 5 測定に要する時間は、1検体当たり80秒以内であること。
- 6 シリンジの検体吸引部は少量の検体でも測定でき、空気汚染を抑制し、気泡が吸引されないように傾斜角度をつけて取付けられること。
- 7 血液サンプル中に気泡が混入している場合は、直ちに警告表示する機能を有すること。
- 8 気泡、フィブリン、クロット等の混入を目視確認できるよう、測定部が可視化されていること。
- 9 演算項目として、各実測項目の測定値から演算する機能を有すること。
- 10 測定データの精度を保つために、定期的な自動校正 (キャリブレーション) 機能を有すること。
- 11 常時測定できるために、2ポイントキャリブレーションの間隔が8時間以上であること。
- 12 専用試料を用いた精度管理測定機能を有すること。また、検体流路の状態確認を実施できるよう、精度管理試料の導入流路は血液検体と同一であること。
- 13 試薬の汚染などを考慮して、消耗品は測定電極・試薬・洗浄液一体型のカートリッジタイプではなく、測定電極部分のセンサーカセットと試薬・洗浄液部分の溶液パックに分かれたセパレート型カートリッジタイプであること。
- 14 コスト削減対応できる試薬スタンバイモードを搭載していること。また、それにより消耗品の交換頻度が最長60日間となること。
- 15 日本語表記の液晶タッチスクリーンで画面操作ができること。また、直接に使用方法を確認するため、動作と同時に表示画面にて動画映像による説明機能が装備されていること。
- 16 患者測定結果を500件以上、キャリブレーション結果を500件以上、QC結果を500件以上、システムログ記録を15,000件以上保存する機能を有すること。
- 17 将来的に検査システム・電子カルテへ接続対応できるようにLANポートを装備していること。
- 18 チケットプリンターの接続可能であること。
- 19 メーカーの故障時緊急支援体制が、平日時間内・時間外、休日においても対応可能であること。

- 20 一般検体の結果データを全て取り込むことができること。
- 21 コントロール検体の結果データを全て取り込むことができること。
- 22 測定日時を結果データとして取り込むことができること。
- 23 LAN接続可能であること。
- 24 血液ガスから受け取った結果データを電子カルテに送信できること。
- 25 血液ガスの結果データのHigh、Low判定が可能であること。
- 26 バーコードでの運用が可能であること。
- 27 分析機側でバーコードでの運用ができない場合、入力された受付番号での運用が可能であること。
- 28 搬入、据付、調整については、本院の診察業務に支障をきたさないよう病院職員の指示に従うこと。
- 29 試運転調整及び取り扱い説明を十分に行うこと。
- 30 既存の機器の撤去も含むこと。

入 札 書

令和 年 月 日

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様

(入 札 者)

住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ (印)

代 理 人 _____ (印)

上天草市病院事業契約規程並びに入札説明書その他関係規定を承諾の上入札します。

金額	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円

入札物件：

(内訳は下記のとおり)

メーカー	型式・その他	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
合 計					

(備考)

- 1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。
- 2 入札金額は、見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
- 3 入札金額を訂正したものは無効とする。

別紙様式2


委 任 状

今般都合により _____ ㊞ を代理人と定め、次の入札に関する行為の一切の権限を委任します。

1 業 務 名 _____

2 履行場所 _____

代理人使用印



令和 年 月 日

住 所 _____

商号又は名称 _____

代 表 者 名 _____ ㊞

上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹 様